

Fwd: e-mail enviado pelo site do MPC Denúncia

De : Ouvidoria do MPC/DF <mpc_df_ouvidoria@tc.df.gov.br>

seg, 15 de jun de 2020 18:06

Assunto : Fwd: e-mail enviado pelo site do MPC Denúncia

1 anexo

Para : Patrícia Dantas Varella Barca <pat@tc.df.gov.br>, Fernando Fernandes Rodrigues <fernando@tc.df.gov.br>

Boa noite!

Em razão da situação excepcional que estamos vivenciando, encaminho abaixo denúncia recebida por esta Ouvidoria, cuja matéria está vinculada ao Gabinete da **Segunda Procuradoria**.

Assim que tudo se normalizar instauraremos o Procedimento Interno.

Obrigada pela compreensão.

Sara Silva



Ouvidoria
MPC/DF

✉ mpc_df_ouvidoria@tc.df.gov.br ☎ (61) 3314-2891

📍 Anexo Palácio Costa e Silva - Praça do Buriti - 8º andar
CEP 70.075-901 - Brasília-DF

📘 facebook.com/mpcontasdf/

🏠 https://mpc.tc.df.gov.br/

De: "mpc_df_ouvidoria@tc.df.gov.br" <naoresponda@tc.df.gov.br>

Para: "mpc df ouvidoria" <mpc_df_ouvidoria@tc.df.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 15 de junho de 2020 17:47:21

Assunto: e-mail enviado pelo site do MPC Denúncia

Assunto

Leitos com pontos de oxigênio subestimados em projetos de hospitais de campanha do Distrito Federal

Nome:

Marcos Gutemberg Fialho da Costa

E-mail

gutembergfielho@gmail.com

CPF:

39491382420

Título de eleitor:

011556602097

Zona:

015

Seção:

0476

Sexo:

Masculino

Sigilo:

Sem sigilo

CEP:

Endereço:

SGAS 607, Ed. Centro Clínico Metr polis, Cobertura 1

Complemento:

Sindicato dos M dicos do Distrito Federal

Bairro:

Asa Sul

Munic pio:

Bras lia

UF:

DF

Celular:

(61) 99696-8089

Telefone comercial:

(61)3244-1998

Mensagem:

Informamos ao Minist rio P blico de Contas do Distrito Federal que chegou ao conhecimento do Sindicato dos M dicos do Distrito Federal que o hospital de campanha localizado no Est dio Nacional Man  Garrincha foi dimensionado com apenas vinte (20) leitos de suporte avan ado e quatro (4) leitos de estabiliza o dotados de pontos de oxig nio, dentre um total de 197 leitos espec ficos para o atendimento de casos de covid-19.

O projeto, segundo informa es, tramitou na Secretaria de Estado de Sa de sem a devida avalia o do secret rio adjunto da pasta, respons vel t cnico do  rgo.

Ap s percebido o erro de concep o para a assist ncia a pacientes com uma doen a da qual um dos principais sintomas   desconforto respirat rio em diversos graus, foi providenciada assist ncia respirat ria por meio de balas de oxig nio fornecidas pela empresa White Martins.

At  o in cio desta segunda-feira (15/06), s  se encontravam em condi o de funcionamento cerca de 80 leitos dos 197 previstos.

Causa-nos preocupa o a perspectiva de que os projetos de dois novos hospitais de campanha a serem montados em Ceil ndia repitam o mesmo erro de dimensionamento de leitos com pontos de oxig nio.

Diante da urg ncia da presente situa o de pandemia e da escalada de casos que compromete o bom atendimento aos pacientes contaminados pela covid-19 julgamos por bem levar a informa o a este  rgo de controle.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.



assinatura ouvidoria .jpg
17 KB