

Extração ThermoFisher – Set/2020

O kit de extração MagMAX™ Viral/Pathogen II (MVP II) Nucleic Acid Isolation Kit - A48383, suficiente para 2.000 extrações sem perda) possui 05 filhos, conforme abaixo:

A42359 – Solução de ligação



A42360 – Solução de lavagem



A42363 – Proteinase K



A42364 - Tampão de Eluição




A48381 – Beads magnéticas




Obs.: Temperatura de transporte e armazenamento dos 5 componentes = 15 a 25°C (T. Ambiente)

Além dos componentes do kit são necessários também os seguintes plásticos:

A48305 – Deep Well 96 plate
Caixa com 50 unid



A48438 - 96 tip comb for DW
magnets – Caixa com 100 unid



267600 - 96 KF plate (200 µl)
Caixa com 50 unid



Obs.: Temperatura de transporte e armazenamento dos plásticos = 15 a 25°C (T. Ambiente)

Múltiplos para número de extrações (sem perda):

Número de catálogo	Número de Extrações/Unidades				
	48 mil	96 mil	192 mil	384 mil	768 mil
A42359	24	48	96	192	384
A42360	24	48	96	192	384
A42363	24	48	96	192	384
A42364	24	48	96	192	384
A48381	24	48	96	192	384
A48438	05	10	20	40	80
267600	11	21	42	84	167
A48305	40	80	160	320	640