

APÊNDICE B

Rede Nacional de Laboratório de Saúde Pública
COMPROVANTE DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Pelo presente documento, o Laboratório LACEN-DF
(nome da instituição)
Localizado à SGAN LOTES 01P
(endereço da instituição)
CEP: 70830010, Telefones (s): (61) 3403 2385,
CNPJ Nº.: 00394700/0023-B neste ato representado por, GRASIELA
MARILSO DA SILVA, DIRETORA
(nome/cargo)
CPF Nº.: 44898095172, Identidade Nº.: 3126 537
Órgão emissor: DF Matrícula Nº.: 1433512
E-mail: DIRETORIA.LACENDF@GMAIL.COM, declara que a Empresa, LIFE TECH
BRASIL (THERMOFISHER)
(nome da empresa)

instalou, em 09/09/20, os equipamentos necessários para a realização dos Testes para Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, objetos do Contrato de nº. 250/2020, conforme lista dos equipamentos e cópia de nota(s) fiscal(is) em anexo.

Obs.: (Caso ocorra alguma divergência na entrega dos equipamentos)

BSB, 10 de Setembro de 2020.

Fabiano José Queiroz Costa
Nome/Assinatura do Responsável pelo
Laboratório Central de Saúde Pública

Graciela Marilso da Silva
Nome/Assinatura do Diretor da Instituição

Kaio Henrique Pinke
Nome/Assinatura do Responsável pela Empresa

Marcos Gussi
CPF 23593631822

Apêndice C

Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública

COMPROVANTE DE TREINAMENTO OPERACIONAL

Pelo presente Termo de Compromisso, a Instituição LMCEN-DF,
(nome da instituição)

localizada à SGAN 601 (endereço), CNES N.º: _____,

CNPJ N.º: 00394700/0023-13, neste ato representada por, GRASIELA

ARAÚJO DA SILVA, DIRETORA, CPF N.º: 44878095192,

(nome do diretor da instituição/cargo)

Identidade N.º: 3126537, Matrícula N.º: 1433512, e

responsável pelo Laboratório Central de Saúde Pública, representado

por, FABIANO JOSÉ QUEIROZ COSTA

GERENTE BIOLOGIA MÉDICA, CPF N.º: 03199867642,

(nome/cargo)

Identidade N.º: M8645506, Órgão emissor: SSPM G

Matrícula N.º: 1713612, declaram estar cientes de que a Instituição supracitada
recebeu o TREINAMENTO OPERACIONAL do Contrato de N.º 930/2020 (ano) celebrado entre
o Ministério da Saúde e a Empresa

LIFE TECH BRASIL (THERMOFISHER)

(nome completo da empresa)

para a realização dos testes de biologia molecular. Seguem os nomes e as matrículas dos
funcionários que receberam o treinamento operacional:

Nome: Caroline Sandra de Souza Matrícula: 0194424-X

Nome: João Barbosa da Silva Matrícula: 1676773-8

Nome: Fernando Monteiro Natalo Matrícula: 3440938-0

Brasília, 10 de setembro de 2020.

Nome/Assinatura do Responsável pelo
Laboratório Central de Saúde Pública

Fabiano José Queiroz Costa
Gerente-GBMILACEN-DF
Matrícula: 171361-2

Graciela Araújo da Silva

Nome/Assinatura do Diretor da Instituição

Raquel Amielite Pinheiro

Nome/Assinatura do Responsável pela Empresa

Marcos Coussi
CPF 23593631822

APÊNDICE D do TR

Rede Nacional de Laboratório de Saúde Pública

TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente Termo de Compromisso, a Instituição LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, neste ato é representada por, GRASIELA ARAÚJO DA SILVA,

(nome/cargo)
DIRETORIA, CPF nº: 448 780 951 92

profissão: FARM. BIOQUÍMICA, Identidade nº 3126537

Órgão expedidor DF, e o responsável pelo Laboratório executor dos testes de biologia molecular, representado por FABIANO JOSÉ QUEIROZ COSTA

(nome)
CPF nº: 031 998 676 42, profissão: FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO
Identidade nº M 8 645 506, declaram estar cientes de que a Instituição supracitada participa e/ou participará da Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública.

Para que os testes de extração possam ser implantados e/ou implementado, no laboratório que representam, dentro dos padrões de qualidade exigidos pela Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública, Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a Instituição deverá assumir os seguintes compromissos:

1. Viabilizar área física adequada para as instalações dos equipamentos necessários para execução dos procedimentos técnicos de biologia molecular, inerentes à metodologia utilizada para testes de biologia molecular;
2. Garantir que a instituição possua equipe técnica para à realização dos testes de biologia molecular;
3. Atender aos pacientes elegíveis para o teste, e encaminhados pelos Profissionais Solicitantes;
4. Responsabilizar-se pela reposição dos kits, devido ao armazenamento inadequado de reagentes, devido ao não cumprimento dos protocolos técnicos padronizados pelas empresas (Manual técnico de procedimento da empresa);
5. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes, de danos causados aos equipamentos, por deslocamento, sem autorização da CGLAB e das empresas, bem como de furtos dos equipamentos sob regime de;


6. Utilizar o Sistema de Informação de Insumos Estratégicos (SIES) e GAL (Sistema de Gerenciamento do Ambiente Laboratorial), para a prestação de contas da utilização dos testes enviados CGLAB/DEGEVS/SVS do Ministério da Saúde;
7. Respeitar todas as cláusulas do contrato celebrado entre a empresa contratada e o Ministério da Saúde referentes as obrigações do contratado, relacionadas com os bens que ora lhes são entregues, e, ademais:
 - Manter os equipamentos em perfeitas condições de conservação, responsabilizando-se por seus funcionários ou por terceiros;
 - Não celebrar convênio de qualquer espécie sem prévia autorização escrita do CONTRATADO ressalvada sua obrigação de realizar os serviços de conservação decorrente do uso normal dos bens;
 - Prover a suas expensas serviços de guarda e vigilância do equipamento cedido.

Declararam estarem cientes de que o não cumprimento de tais compromissos, a qualquer tempo, implicará na retirada dos equipamentos e os materiais relacionados ao desenvolvimento dos testes acima mencionados.

O Coordenação Geral de Laboratórios em Saúde Pública do Ministério da Saúde se comprometerá a fornecer os testes/reagentes necessários à realização dos testes.

35B de 10 de Setembro de 2020.


Nome/Assinatura do Responsável pelo
Laboratório Central de Saúde Pública


Nome/Assinatura do Diretor da Intuição


Nome/Assinatura do Responsável pela Empresa


CPF 23593631822



RELATÓRIO DE SERVIÇO TÉCNICO

LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA
BRENO FERRAZ DO AMARAL[390] | VL FIRMIANO PINTO |
SAO PAULO | SP | 04124020
Fone: 11 08007725433
Email:

Número 1942809
Data: 03/09/20
Tipo de Ordem S4 Ordem Serv Treinamento/Upgrade
Tipo de Serviço T Treinamento em Campo
Ref. Cliente
Caso #
Solicitado Por: LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA

Atribuído a: 219642 KAREN HENRIETTE PINKE

DADOS DO CLIENTE		EQUIPAMENTO	
LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA		Número do Contrato:	
Q 601 CONJUNTO P SN ST GRANDES AREAS ASA NORTE			
BRASILIA DF 70830010		KINGFISHER FLEX WITH 96 DEEP	5400630
(61)34032385		Nº de Série	711-82221
LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA	Fone: (11)08007725433	Número Eqpto: 10021367	KINGFISHER FLEX WITH 96 DEEP

PROCEDIMENTOS REALIZADOS E RESULTADOS FINAIS

Equipamento foi instalado anteriormente pelo FSE Humberto Carvalho. No treinamento, abordou-se os aspectos técnicos relacionados com a tecnologia de operação do equipamento e, posteriormente, as etapas do protocolo de extração MVP II. Orientou-se os clientes com relação aos cuidados para montagem das placas e utilização da interface gráfica de operação e, por fim, supervisionou-se a realização de um protocolo de extração de 20 amostras. Ao longo do treinamento também abordou-se os aspectos técnicos das pipetas automáticas, orientando a sua utilização.

ATIVIDADE		DATA DO SERVIÇO	HORAS
NTV	Travel - Nonbillable	10/10/20	6.25
VAP	Application Labor	10/10/20	3.25
NTV	Travel - Nonbillable	10/10/20	3.50
TOTAL			13.00

TREINAMENTO

Certificar?

Endereço do Cliente:

Lista de Participantes
Caroline Sandri de Souza
Brenno V. Martins Henrique
Jordan Barros da Silva
Maria Eliane Santos
Lucas Vieira


OUTROS COMENTÁRIOS

Estou de acordo com o serviço executado e descrito neste relatório


Em breve você poderá receber a pesquisa de satisfação com o atendimento da Thermo Fisher Scientific.

O convido a participar, pois seus comentários serão muito importantes para a melhoria dos serviços que oferecemos.

Sua satisfação é a nossa medida de sucesso.


Assinatura do Responsável Técnico
KAREN HENRIETTE PINKE

Data: 10, 09, 2020

Assinatura do Cliente 
Gerente - GBMLACEN-DF
Matrícula: 171361-2

Data: 10, 09, 2020

Nome por Extenso

RELATÓRIO DE SERVIÇO TÉCNICO

LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA
BRENO FERRAZ DO AMARAL[390] | VL FIRMIANO PINTO |

SAO PAULO | SP | 04124020

Fone: 11 08007725433

Email:

Tipo de Ordem: S1 Ordem Serviço Contrato/Garanti

Tipo de Serviço: W Re-instalação

Ref. Cliente

Caso #

Solicitado Por: LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA

Número: 194217

Data: 02/09/20

Atribuído a: 253466 HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO

DADOS DO CLIENTE

LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA
Q 601 CONJUNTO P | SN|ST GRANDES AREAS|ASA NORTE|
BRASILIA | DF |70830010
(61)34032385
LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA Fone: (11)08007725433

EQUIPAMENTO

Número do Contrato: 5611 CM 08/03/21
CONTRATO DE GARANTIA EQUIPAMEN SCKINGFISHERFLEX
Nº de Série 711-82221
Número Eqpto: 10021367 KINGFISHER FLEX WITH 96 DEEP

DESCRIÇÃO DA FALHA OU SERVIÇO

Visita para instalação do equipamento King Fisher Flex (SN 711-82221), em 09/09/2020

Equipamento foi desembalado, caixa sem sinais de avarias

Equipamento instalado na bancada, retirado os parafusos de travamento.

Ao realizar teste de funcionamento ficou constatado que o teclado de membrana estava inoperante.

Cabo flat que é responsável pelo funcionamento do teclado se encontrava danificado.

Foi solicitado um novo cabo para realizar a substituição e assim concluir a instalação do equipamento.

Equipamento se encontra por hora fora de condições de uso em 09/09/2020

Visita para concluir a instalação do equipamento King Fisher Flex (SN 711-82221), em 10/09/2020

Realizada a substituição do cabo flat

Realizada instalação do tip holder e do heating block.

Realizado teste de funcionamento "check 96 deep well tip"

Equipamento apto para uso e liberado para treinamento pelo time de aplicação da Thermo Fisher Scientific.

Fabiano José Queiroz Costa
Gerente-GBM/LACEN-DF
Matrícula: 171361-2

10/09/2020

PARTES E PEÇAS APLICADAS

Item	Descrição do Item	Quantidade
N08856	KF FLEX TFT-UI CABLE ASSEMBLY	1.0000000

ATIVIDADE	DATA DO SERVIÇO	HORAS
NTV Travel - Nonbillable	09/09/20	2,00
VIN Installation Labor	09/09/20	3,00
NTV Travel - Nonbillable	10/09/20	2,50
VPM Plan Maint. Labor	10/09/20	3,00
NTV Travel - Nonbillable	10/09/20	,50

OUTROS COMENTÁRIOS

Estou de acordo com o serviço executado e descrito neste relatório

Em breve você poderá receber a pesquisa de satisfação com o atendimento da Thermo Fisher Scientific.

O convido a participar, pois seus comentários serão muito importantes para a melhoria dos serviços que oferecemos.

Sua satisfação é a nossa medida de sucesso.

Assinatura do Responsável Técnico

HUMBERTO DOMINGOS DE CARVALHO JUNIOR

Data: 10, 09, 2020

Assinatura do Cliente

Data: 10, 09, 2020

Fabiano José Queiroz Costa
Gerente-GBMILACEN-DF
Matrícula: 171361-2

Nome por Extenso