



Marcio Venciguerra &lt;mvenciguerra@gmail.com&gt;

## RE: Ministério da Saúde >>> Solicitação de cotação para equipamentos geradores de oxigênio - URGENTE

1 mensagem

**LG BR Relações Públicas - White Martins** <lg.br.relacoes.publicas@linde.com>

9 de junho de 2021 22:20

Para: "hudson.santos@saude.gov.br" <hudson.santos@saude.gov.br>, "colmer@saude.gov.br" <colmer@saude.gov.br>

Prezados Senhores,

Segue no arquivo anexo manifestação da White Martins a respeito da solicitação realizada pelo e-mail abaixo.

Pedimos a gentileza de confirmarem o recebimento da presente.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

White Martins

---

**From:** Hudson Thiago Afonso Dos Santos <hudson.santos@saude.gov.br>

**Sent:** quarta-feira, 2 de junho de 2021 12:02

**To:** COLMER <colmer@saude.gov.br>

**Subject:** Solicitação de cotação para equipamentos geradores de oxigênio

Geralmente, você não recebe email de [hudson.santos@saude.gov.br](mailto:hudson.santos@saude.gov.br). Saiba por que isso é importante

**ALERT:** This is an email from an external organization. Use caution, especially with links and attachments.

[More](#)

Prezados, bom dia.

1. Quero reforçar que a **presente pesquisa serve somente para conhecimento do valor dos itens**. Não se trata de uma contratação direta; as propostas recebidas servirão para balizar futura contratação. Esta pasta normalmente não contrata tais serviços/produtos; devido a essa atipicidade, faz-se necessário uma pesquisa prévia, para balizar o orçamento.
2. Além disso, solicita-se por gentileza que a empresa que caso não comercialize os itens, indiquem possíveis fornecedores para os produtos. É livre a divulgação deste e-mail.
3. Posto isso, trata-se de pesquisa de preços com vistas a embasar o processo de aquisição de **equipamentos geradores de oxigênio**, conforme informações descritas no quadro abaixo:

Equipamentos	Destino
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 02 - Gerador O2 PSA GO-PS-0500;</li> <li>• 02 - Compressor de Ar Parafuso QZ30hp GA-SW-222;</li> <li>• 06 - Reservatório PEG 415L 12 BAR Vertical;</li> <li>• 02 - Secador de Ar pro refrigeração QZ RAD-30S;</li> <li>• 02 - Bateria de Filtro Coalescentes</li> </ul>	HOSPITAL DE CAMPANHA DELPHINA AZIZ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 - Gerador O2 PSA GO-PS-0800;</li> </ul>	HOSPITAL JOÃO LÚCIO

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 - Compressor de Ar Parafuso QZ 50hp GA-SW-372;</li> <li>• 03 - Reservatório PEG 415L 12 BAR Vertical;</li> <li>• 01 - Secador de Ar pro refrigeração HRD-6F;</li> <li>• 01 - Bateria de Filtro Coalescentes</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 - Gerador O2 PSA GO-PS-0500;</li> <li>• 01 - Compressor de Ar Parafuso QZ30hp GA-SW-222;</li> <li>• 03 - Reservatório PEG 415L 12 BAR Vertical;</li> <li>• 01 - Secador de Ar pro refrigeração QZ RAD-30S;</li> <li>• 01 - Bateria de Filtro Coalescentes</li> </ul>	HOSPITAL DE MANACAPURU
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 - Gerador O2 PSA GO-PS-0500;</li> <li>• 01 - Compressor de Ar Parafuso QZ30hp GA-SW-222;</li> <li>• 03 - Reservatório PEG 415L 12 BAR Vertical;</li> <li>• 01 - Secador de Ar pro refrigeração HRD-6F;</li> <li>• 01 - Bateria de Filtro Coalescentes</li> </ul>	HOSPITAL MATERNIDADE AZILDA MARREIRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 - Gerador O2 PSA GO-PS-0750;</li> <li>• 02 - Compressor de Ar Parafuso QZ 20hp GA-SW-138</li> <li>• 03 - Reservatório PEG 415L 12 BAR Vertical;</li> <li>• 01 - Secador de Ar pro refrigeração HRD-6F;</li> <li>• 01 - Bateria de Filtro Coalescentes</li> </ul>	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO FRANCISCA MENDES

4. Cabe ressaltar que a empresa fornecedora do maquinário deverá atender a toda parte logística e mecânica do equipamento, suprimindo desde a instalação, treinamento e manutenção diária preventiva e corretiva e apresentar todas as qualificações pertinentes e certificações necessárias junto a ANVISA para que atue no mercado. Também deverá fornecer todos os acessórios e partes necessárias para o correto funcionamento do equipamento e garantia de, no mínimo, 12 meses.
5. Vale citar que será necessária a instalação civil e elétrica do equipamento, em especial quanto ao circuito de automação do maquinário, a fim de que ocorra o trabalho conjunto com o sistema criogênico. Explique-se. Deverá haver a possibilidade de trabalho do hospital tanto com o novo equipamento de produção, como também o sistema criogênico já existente.
6. O estado do Amazonas dará total apoio à empresa que for contratada para que sejam implementados os equipamentos e informa que possui o seguinte quadro já preparado para receber os equipamentos:
- a. A rede hospitalar possui espaço para recebê-los, devidamente ventilados e com cobertura;
  - b. A rede hospitalar também está munida de grupos geradores que possam fornecer energia para os equipamentos, mesmo em caso de interrupção da concessionária de energia;
  - c. A rede/canais de distribuição do gás produzido será o já utilizado pelos dois gases existentes, cabendo ao fornecedor apenas a interligação.
7. Para tanto, solicitamos a apresentação de proposta de preço, em papel timbrado da empresa, com as folhas numeradas sequencialmente, frete e impostos inclusos, devidamente assinada pelo representante legal da empresa. As propostas devem ser enviadas para o endereço eletrônico: [HUDSON.SANTOS@SAUDE.GOV.BR](mailto:HUDSON.SANTOS@SAUDE.GOV.BR) e [COLMER@SAUDE.GOV.BR](mailto:COLMER@SAUDE.GOV.BR), o prazo para a apresentação desta proposta é de **03 (três) dias úteis** a contar do envio deste e-mail, isto é, até o dia **09/06/2021 (quarta-feira)**.
8. Deverá constar da proposta demonstração expressa do valor correspondente ao ICMS, havendo ou não isenção deste tributo. Assim, mesmo quando houver isenção deverá constar a informação de qual seria o valor do ICMS, destacando que existe isenção e apontando o amparo legal.
- Desde já agradeço e aguardo o retorno com um orçamento, caso seja possível.

Se a empresa não tiver disponibilidade de ofertar o orçamento, **pede-se que responda informando essa situação.**

Atenciosamente,

### Hudson Thiago Afonso dos Santos

Coordenação de Licitações e Análise de Mercado de Insumos Estratégicos para Saúde - COLMER

Coordenação Geral de Aquisições de Insumos Estratégicos para Saúde - CGIES

Departamento de Logística em Saúde - DLOG

Secretaria Executiva - SE

Ministério da Saúde - MS

(61) 3315-3316

---

**Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o.**

---

The information contained in this email and any attachments may be confidential and is provided solely for the use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, distribution, or use of this e-mail, its attachments or any information contained therein is unauthorized and prohibited. If you have received this in error, please contact the sender immediately and delete this e-mail and any attachments. No responsibility is accepted for any virus or defect that might arise from opening this e-mail or attachments, whether or not it has been checked by anti-virus software.

Please find the data protection notices of EU based Linde Group companies on this website: [dataprotection.linde.com](https://dataprotection.linde.com)



**2021.06.09 - White Martins - resposta solicitacao de cotacao PSA\_MS.pdf**

138K